



제12-0771호

재발급번호-01

안전인증서

주식회사와이즈센서

경기도 화성시 동탄기흥로 557, 601호
(영천동, 금강펜테리움 IT 타워)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행
규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인
증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

압력전송기(PRESSURE TRANSMITTER)

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

| 형식·모델 | 용량 · 등급 | 인증번호 |
|-------|-------------|---------------|
| P700 | Max. DC 36V | 12-GA2BO-0771 |
| | Ex d IIC T6 | |

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

-20 ℃ ≤ Tamb ≤ +60 ℃, 뒷면 인증조건 참조

2012 년 12 월 14 일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장:

"경기도 화성시 동탄기흥로 557, 601호(영천동, 금강펜테리움 IT 타워), (주)와이즈센서"에서 제조하는 아래의 제품에 한함.

2. 제품개요

본 제품은 BODY와 COVER가 ALDC12.1 재질의 내압방폭구조의 제품으로서 BODY와 COVER는 Threaded Joint로 되어있음

3. 인증범위:

P700(Max. DC 36V)

4. 안전한 사용을 위한 조건

방호장치안전인증고시(고용노동부고시제2010-36호) 준수

5. 인증(변경)사항

- 주소지 이전 : "경기도 용인시 기흥구 상갈동 199번지" 에서

"경기도 화성시 동탄기흥로 557, 601호(영천동, 금강펜테리움 IT 타워)" 으로 주소지 이전함.

19.12.05. 박 해 송 (인)

6. 그 밖의 사항

가. 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

나. 용기에 0.574MPa 압력시험 후 출고할 것

