

# 사용자 메뉴얼

품 명 : 미압계( LOW PRESSURE GAUGE )

MODEL : P421 / P422 / P430 / P440



**WISE**<sup>®</sup> (주)와이즈산전  
[www.wisecontrol.com](http://www.wisecontrol.com)

## 바르고 안전한 사용을 위한 취급설명서

이 제품을 바르고 안전하게 사용하기 위하여 사용전에 이 취급설명서를 잘 읽어주시기 바랍니다.  
취급시의 오류는 기기고장의 원인이 되며, 상해나 사고등의 재해가 발생할 수 있습니다.

### 경 고

1. 압력 범위를 초과하는 압력을 가하지 마십시오.
2. 부식성이 있는 측정 유체에는 사용하지 마십시오.  
압력 측정소자의 파손이나 파열로 측정유체가 방출함으로써 인체 손상이나 주위를 파괴하는 원인이 됩니다.
3. 과도한 하중, 진동, 충격은 주지 마십시오.  
제품의 파손이나 파열로 측정유체가 방출함으로써 인체 손상이나 주위를 파괴하는 원인이 됩니다.
4. 사용온도 범위내에서 사용하십시오.  
사용온도 범위를 초과하여 사용할 경우 측정소자의 파손으로 주위를 파괴하는 원인이 됩니다.
5. 측정 계측기를 취외할 때는 반듯이 밸브를 잠그고 측정 유체가 나오지 않도록 하십시오.  
측정 유체가 방출하면 주위를 파괴할 가능성이 있습니다.
6. 탄화수소가 존재하는 환경이나 산소인 경우 금유( USE NO OIL )처리를 한 계측기를 사용하십시오. 일반 제품을 사용할 경우 내부에 오일( 유분 )이 산소와 반응하여 발화 또는 폭발의 위험이 있습니다.
7. 현장설치시 반드시 취급설명서의 취부 요령에 따라 설치하여 주십시오.
8. 제품자체의 개조 또는 새로운 기능을 추가하기 위한 조치는 하지 마십시오.  
수리는 당사와 반드시 상담하여 주십시오.
9. 탭의 오일 주입구 캡은 옥외에서는 절단하지 마십시오.  
우천시 수분이 유입되어 습기가 차는 현상이 발생할 수 있습니다.  
※ 압력 확인시 주입구 캡을 열어 내압을 방출해 주십시오.

# 목 차

1. 개요 및 특징
2. 사양 및 규격
3. 각부의 명칭과 기능
4. 동작원리
5. 보수 및 사용상 주의사항
6. 설치방법
7. 사용방법

## 1. 개요 및 특징

P421 / P422 / P430 모델은 챔버( Chamber )를 이용한 압력계로 버든관식 압력계로 측정할 수 없는 10~350mbar 사이의 압력과 진공을 측정할 수 있으며, 공기 또는 가스용 덕트내의 압력측정에 주로 사용됩니다.


압력측정용 챔버( Chamber )는 내부식 유체에 사용할 수 있도록 Stainless Steel로 제작되었습니다.

P440 모델은 저압, 진공, 연성을 측정할 수 있는 압력계로 접속부의 재질은 Stainless Steel이며 크롬( Chrome ) 도금인 케이스( Case )로 제작되었습니다.

## 2. 사양 및 규격


- 1) 규격 : P440 : 63, 75 and 100mm  
P421 : 100 and 160mm  
P422 : 63 and 160mm  
P430 : 100 and 160mm
- 2) 정밀도 :  $\pm 1.5\%$  of Full Scale
- 3) 사용압력 : Steady 75% of Full Scale  
Over Range Protection : 130% of Full Scale
- 4) 접액부 재질 : Stainless Steel
- 5) 접속구 규격 : 63mm : 1/8", 1/4" PT, NPT & PF  
75mm : 1/4", 3/8" PT, NPT & PF  
100 and 160mm : 1/4", 3/8", 1/2" PT, NPT & PF
- 6) 사용 온도 : 주변환경 : -20~65°C  
프로세스 : -20~80°C

### 3. 각부의 명칭과 기능



번호	명 칭	번호	명 칭	번호	명 칭
1	케이스( CASE )	4	챔버( Chamber )	7	문자판( SCALE PLATE )
2	커버( COVER )	5	침보( POINTER HEAD )	8	접속부( SOCKET )
3	내기( MOVEMENT )	6	지시침( POINTER )		

### 4. 동작원리



챔버( Chamber )는 압력을 변위량으로 바꾸며, 내기를 이용하여 변위량을 크게 확대하고 회전으로 바꾼다. 내기는 레버와 기어로 구성되며 Chamber의 직선적 변위를 전달 받아 회전 운동으로 바꾸는 역할을 한다. 일반적으로 변위량은 최고 눈금 압력에서 약 3~4mm의 변위량이 발생하도록 설계되었으며 이 변위량을 270° 각도로 회전하여 압력을 지시하도록 하는 원리이다.

## 5. 보수 및 사용상 주의사항

- 1) 유체가 부식성일 경우에는 격막을 사용하여야 하며 격막은 부식방지에 적합한 재질을 선정 하여야 합니다.(그림 1)

그림 1





그림 2



- 2) 유체가 고온일 경우에는 싸이폰 튜브등을 설치하여 압력계로 유입되는 유체의 온도가 적정온도 이하가 되도록 하십시오.(그림 2)

- 3) 급격한 가압 또는 감압은 압력계의 고장원인이 될수 있습니다.

- 4) 맥동압이나 충격압이 가할 염려가 있는경우 댐프너나 압력계 프로텍터 등 과압방지 장치를 취부하여 사용하십시오.(그림 3,4)

그림 3






그림 4



5) 정기검사는 1년에 1~2회 작동상태 및 시도 등을 확인하십시오.

7) 오일주입구 캡은 옥외 설치시 절단하지 마시고 정기적으로 내압을 방출하여 주십시오.  
우천시 수분이 유입될 수 있습니다.


부득이한 경우 오일주입구 캡은 완전히 절단하지 마시고 (그림 5)와 같이 절반만 절단 하십시오.



## 6. 설치 방법


- 1) 습기, 진동, 먼지, 부식성가스 등 적은 장소를 선택하여 설치 하십시오.
- 2) 본 취급설명서에서 규정한 주위온도를 초과하는 장소를 피하십시오.
- 3) 낙뢰나 증기를 막도록 충분한 대비를 해주십시오.
- 4) 직사광선이 있는 장소는 피하십시오.
- 5) 취부 홈을 사용하여 판넬이나 벽에 설치하는 경우 M5너트를 사용하고 취부금구를 사용하는 경우는 그것을 견고하게 설치하여 주십시오.
- 6) 도압관용 배관은 압력계에 무리가 가지않도록 후렉시블 튜브를 사용하십시오.
- 7) 배관에 취부할 경우 제품의 케이스를 잡고 돌리지 마시고 반드시 규정된 스패너를 사용하여 주십시오.(그림 5)

그림 5




8) 압력계는 수직인 상태에서 조정하기 때문에 수직으로 설치해야 0점이 맞습니다.(그림 6)

그림 6



9) 압력계를 최초 설치시 밸브를 설치하여 취외하기 쉽도록 하십시오. (그림 7)

그림 7



## 7. 사용 방법

- 1) 배관 라인에 진동 및 맥동 또는 고온인지 여부를 확인하여 필요시 약세서리를 설치 하십시오.
- 2) 설치 하기전 게이지의 0점이 맞는지 확인 하여 주십시오.
- 3) 설치시 나사에 테프론 테이프나 가스켓을 이용하여 견고하게 설치하여 주십시오.
- 4) 설치가 끝나면 서서히 밸브를 열어 압력이 정상 지시를 하는지 확인하여 주십시오.
- 5) 압력을 확인 할 경우 눈높이는 계측기와 일직선상이 되도록 해야합니다.(그림 8)

그림 8

